

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ–Α–00340

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2^η
1^{ης} ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

2^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Από ΓΕΣ/ΔΥΓ

1. Να προστεθούν τα υλικά του παρακάτω πίνακα :

ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην ΠΕΔ-Α-00340

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΑΡΦΗ
1.	Ημιαπορροφήσιμο πολύκλωνο επίπεδο πλέγμα	Να είναι από πολυπροπυλένιο (40%) και πολυγλυκαπρόνη (60%), ημιαπορροφήσιμο πολύκλωνο επίπεδο πλέγμα, απορροφήσιμο στις 90-120 ημέρες, μέγεθος πόρου 2,5mm και αντοχή στην θραύση μεγαλύτερη από 312 N Διαστάσεις : 6X11cm, 7.6X15cm, 10X15cm, 15X15cm, 30X30cm
2.	Διάφανο μη απορροφήσιμο επίπεδο πλέγμα	Να είναι διπλής όψης από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο στη μια πλευρά και αντισυμφητική μεμβράνη από μείγμα πολυλακτίδη – καπρολακτόνη στην άλλη, απορροφήσιμη στις 90-120 ημέρες, με χρωματιστές μπλε γραμμές προσανατολισμού κατά μήκος του πλέγματος. Με σπές για αποφυγή δημιουργίας σερώματος, μέγεθος πόρου 1,8-2mm και αντοχή στη θραύση μεγαλύτερη από 350N. Διαστάσεις : 15X15cm, 20X15cm, 25X20cm
3.	Απορροφήσιμο διαφανές μονόκλωνο επίπεδο πλέγμα	Να είναι διαφανές μονόκλωνο επίπεδο από πολυδιοξανόνη, με αντοχή στην τάση στις 14 ημέρες 70% -80%, στις 28 ημέρες 50% -70% και ολική απορρόφηση στις 210 ημέρες περίπου. Διαστάσεις : 17,5X11,5cm, 22,5X14,5cm, 28,5X17,5cm
4.	Πλέγμα ενδοπεριτοναϊκής τοποθέτησης, με σχηματική μνήμη τριών διαστάσεων	Να είναι αυτοεκπιυσσόμενο και διπλής όψεως, από δύο υλικά, πολυπροπυλένιο 12% και πολυβινιλίδιο φθοριούχο 100% στην εσωτερική πλευρά, μονήρους πλέξης. Άριστης βιοσυμβατότητας και μεγάλης διαπερατότητας, για αποκατάσταση κήλης – κοιλιόκησης. Διαστάσεις : 10X15cm, 15X15cm, 15X20cm, 20X20cm, 20X30cm, 30X30cm
5.	Πλέγμα ενδοπεριτοναϊκής τοποθέτησης για την πρόληψη – αποκατάσταση κήλης στομίας και στήριξη του αυλού της παραφύσην έδρας	Να είναι διπλής όψεως, τριών διαστάσεων και αυτοεκπιυσσόμενο με σχηματική μνήμη, με προκυρτωμένο – προσχηματισμένο δακτύλιο για την τοποθέτηση της στομίας. Επίσης να είναι από δύο υλικά, PP (πολυπροπυλένιο) 12% και PVDF (πολυβινιλίδιο φθοριούχο) 88% στην εξωτερική πλευρά και 100% PVDF (πολυβινιλίδιο φθοριούχο) στην εσωτερική πλευρά, μονήρους πλέξης και μεγάλης διαπερατότητας, με διαστάσεις 16X16cm (47.1.79) 17X17cm (47.1.79)
6.	Πλέγμα για αποκατάσταση και προφύλαξη από μετεγχειρητική κήλη και ομφαλοκήλη	Πλέγμα για αποκατάσταση και προφύλαξη από μετεγχειρητική κήλη και ομφαλοκήλη, εξωπεριτοναϊκής τοποθέτησης από 100% PVDF (πολυβινιλίδιο φθοριούχο) μονήρους πλέξης, με χρωματικές γραμμές για γρήγορο προσανατολισμό και τοποθέτηση χωρίς εντάσεις, τριπλής ελαστικότητας για μεγαλύτερη άνεση του ασθενή, με αντιολισθητική επιφάνεια και μεγάλη διαπερατότητα, με ευμεγέθεις πόρους, για ταχεία ενσωμάτωση με τους ιστούς.

		Διαστάσεις : 10X35cm (47.1.34), 15X15cm (47.1.34), 15X25cm (47.1.34), 20X30cm (47.1.34), 30X45cm (47.1.34)
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΑΡΦΗ
7.	Πλέγμα για την αποκατάσταση βουβωνοκήλης με τεχνική Lichtenstein	Να είναι τριπλής ελαστικότητας, από 100% PVDF (πολυβινιλίδιο φθοριούχο), μονήρους πλέξης, προσχηματισμένο και με χρωματιστή ελαστική ζώνη ασφαλείας στη σχισμή επιτυγχάνοντας υψηλή ανθεκτικότητα Διαστάσεις : 6X11cm (47.1.18), 7,5X15cm (47.1.18)
8.	Πλέγμα για την αποκατάσταση βουβωνοκήλης, μονήρους πλέξης	Να είναι από 100% PVDF (πολυβινιλίδιο φθοριούχο), με πλευρικές νευρώσεις και χρωματική γραμμή για γρήγορο προσανατολισμό και οπτική παρακολούθηση για τοποθέτηση χωρίς εντάσεις Διαστάσεις : 10X15cm (47.1.18), 15X15cm (47.1.18)
9.	Πλέγμα τριών διαστάσεων (3D)	Να είναι με μεγάλη καμπυλότητα και ελλειψοειδές σχήμα, από 100% PVDF (πολυβινιλίδιο φθοριούχο), μονήρους πλέξης για αποκατάσταση βουβωνοκήλης, μηροκήλης, αμφίπλευρο, με ενσωματωμένο χρωματικό δείκτη που ευθυγραμμίζεται με τα ανατομικά σημεία του ασθενή Διαστάσεις : 10X15cm (47.1.18), 12X17cm (47.1.18)
10.	Λαπαροσκοπικό και ανοικτό σύστημα καθήλωσης πλέγματος και συγκόλλησης περιτοναίου	Λαπαροσκοπικό και ανοικτό σύστημα καθήλωσης πλέγματος και συγκόλλησης περιτοναίου διαμέτρου 5mm και μήκους 35,5cm, με εφαρμογή κυανοακρικής κόλλας 33 δόσεων, το οποίο δεν τραυματίζει τους ιστούς με δίνιση και το τοίχωμα, μειώνοντας έτσι τον μετεγχειρητικό πόνο

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΔ-Α-00340 ΕΚΔΟΣΗ 1 ^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2 ^η	
ΣΥΝΤΑΞΗ	Αναστασία Λειβαδιώτου Ανθστης (ΥΓ)
ΕΛΕΓΧΟΣ	
ΘΕΩΡΗΣΗ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	